

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 27. 7. 2023

v souladu s bodem 4.3 Výzvy a Zadávací dokumentace

Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička

Dne 27. 7. 2023, což je v termínu stanoveném ve výzvě a zadávací dokumentaci termínu byly podány dvě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička zasílá vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:

Dotaz č. 1:

V Zadávací dokumentaci v souboru s názvem P02_Technická specifikace Technická specifikace - minimální požadované parametry u položky č. 3 Sedačkový pojízdný zvedák mimo jiné požadujete: „nosnost 200 kg a možnost rozšíření sedací plochy“.

Námi nabízené řešení od významného evropského výrobce je s nosností do 160 kg a s možností změny sedací plochy na lehátko. Tato nižší nosnost nijak nezmění pečovatelský či zdravotnický význam produktu. Jestliže u Položky č. 1 požadujete minimální nosnost 150 kg a u Položky č. 2 požadujete minimální nosnost 170 kg, tak je podle našeho názoru nosnost 160 kg u sedačkového pojízdného zvedáku dostačující. Navíc při vyšší hmotnosti klienta je automaticky i vyšší šíře klienta a pohodlně se nevejde do van s minimální nosností 150 kg resp. 170 kg. Změna ze sedací plochy na lehátko umožní využití zvedáku i pro osoby, které nejsou schopny sedět.

Vysvětlení k bodu č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k VZ „Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička“ Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávacích podmínek, konkrétně technické specifikace položky č. 3 tzn. sedačkového pojízdného zvedáku, a to konkrétně těchto bodů:

- vyjímatelná záslepka toaletního otvoru v sedátku – naše společnost může nabídnout výrobek, který umožňuje zaslepit otvor v sedátku, nicméně i přesto je v záslepce malý otvor (neplní žádnou funkci, jen je tam prořez z důvodu designu) – můžeme nabídnout zvedák, který tento bod plní tímto způsobem tzn. záslepka není plná, ale s otvorem?
- nosnost 200 kg a možnost rozšíření sedací plochy – nerozumíme požadavku na nosnost 200 kg má-li zvedák sloužit spolu s vanami tzn. s položkami 1 a 2, kde je požadovaná nosnost nižší – můžeme nabídnout zvedák s nosností 136 kg, která je dle našich dlouholetých zkušeností (na českém trhu více než 30 let) dostačující i vzhledem k šířkám zvedacích van?
- zádové opěradlo s prodlouženou zádovou částí a opěrkou hlavy – nerozumíme přesně požadavku na prodlouženou zádovou část a opěrku hlavy....náš zvedák má opěrku při

usazení klienta bokem ke zvedacímu sloupu zhruba nad polovinou zad a v případě usazení zády ke sloupu výše v horní polovině zad, v této poloze ale nelze klienta umístit do vany tzn. neplnil by zvedák zamýšlený účel. Jak je prosím myšlen tento požadavek, případně můžeme nabídnout náš zvedák s výše uvedeným řešením?

Vysvětlení k bodu č. 2:

Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že zvedák s nosností 136kg je nedostatečný a nebude tímto akceptovat nabízené řešení.

Vyjímatelná záslepka toaletního otvoru v sedáku, respektive možnost zaslepit otvor v sedátku záslepkou s malým otvorem je pro zadavatele akceptovatelné řešení.

Sedák bez speciální opěrky pro hlavu je pro zadavatele akceptovatelné řešení.

Nově tedy zadavatel mění jak hodnotu nosnosti u položky č. 3 – Sedačkový pojízdný zvedák z 200kg na min. 160kg, tak upravuje její další technické parametry do nové verze přílohy „P02_Technická specifikace – upravená“.

Tato nová verze „P02_Technická specifikace – upravená“ musí být použita pro podání nabídky.

S ohledem na výše uvedené zároveň zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek o 5 dní tj. do 7. 8. 2023.

Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková

Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

ředitelka